



Българска Академия на Науките
Институт по океанология - Варна

Изм. №

487/200104
31.07 2015 г.

Разяснение

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: *Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – ИМАМО, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.*”

Въпрос №1:

В част IV Методика за оценка на офертите, раздел II. Методика за оценка на офертите за обособена позиция №2. Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS) е посочен следния параметър: „Температурно програмируем инжектор (PTV) с горна граница на температурния обхват – не по-ниска от 450 ° C с най-малко 3 програмируеми температурни нива и възможност за изхвърляне на остатъчен разтворител (Backflush) или възможност на сплит-сплитлес инжектора да работи в режим на PTV с консумативи, достатъчни за едногодишна нормална употреба”. Моля, да уточните дали става въпрос за наличие на втори инжектор или за подобряване възможностите на изискваният в раздел II Техническа спецификация за обособена позиция №2, Сплит-сплитлес инжектор.

Разяснение на въпрос №1:

В раздел II Техническа спецификация за обособена позиция №2, е предвидено задължително системата да бъде оборудвана с класически сплит-сплитлес инжектор.

За да получи точки по този показател Участникът има следната възможност:

<http://www.BG02.moew.government.bg>

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от [Институт по океанология — БАН] и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.“

или

1) да предостави допълнителен температурно програмируем инжектор (PTV) с горна граница на температурния обхват – не по-ниска от 450 °C с най-малко 3 програмируеми температурни нива и възможност за изхвърляне на остатъчен разтворител (Backflush),

или

2) сплит-сплитлес инжекторът, описан в минималните изисквания, трябва да притежава способността да работи в режим на PTV.

И в двата случая в доставката трябва да присъстват консумативи, достатъчни за едногодишна нормална употреба на устройството.

Директор:.....

/проф. д-р инж. А. Палазов/



<http://www.BG02.moew.government.bg>

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от [Институт по океанология — БАН] и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.“